

PID:

10070024

CID:

CN.H0003K

## Certificato di approvazione

### Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta**      *IMQ, accredited certification body, grants to*

**COMINOX SRL  
VIA VIGANO' 7  
20048 CARATE BRIANZA MI**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ-UNI**

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



**per i seguenti prodotti**

**Autoclavi di sterilizzazione a  
vapore d'acqua  
( Modd.: 18 BHD LCD; 24 BHD  
LCD; 18 B LCD; 24 B LCD. )**

*for the following products*

*Steam sterilizing units  
( Models: 18 BHD LCD; 24 BHD  
LCD; 18 B LCD; 24 B LCD. )*


*This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.*

*Emesso il / Issued on:*

**2008-09-26**

*Data di aggiornamento / Updated on*

*Sostituisce / Replaces*

  
**IMQ S.p.A.**

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

Emesso il / Issued on 2008-09-26  
Data di aggiornamento / Updated on  
Sostituisce / Replaces

**Prodotto | Product**

**Autoclavi di sterilizzazione a vapore d'acqua**  
**Steam sterilizing units**

**Concessionario | Licence Holder**

**COMINOX SRL**  
**VIA VIGANO' 7**  
**20048 CARATE BRIANZA MI**

**Marchio | Mark**



IMQ-UNI

**Costruito a | Manufactured at**

PI.H000DO CLCOMX.C10PPCOMX.P 20048 CARATE BRIANZA MI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

**Norme**

EN 61010-2-040:2005  
UNI EN 13060:2005

**Standards**

EN 61010-2-040:2005  
UNI EN 13060:2005

**Rapporti | Test Reports**

10AH00117; 10SH00120; 10SH00119

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

*Serie | Series* **STERILCLAVE**  
*Tensione nominale | Rated voltage* **230 V**  
*Frequenza nominale | Rated frequency* **50/60 Hz**  
*Potenza nominale | Rated power* **2000W (18 BHD LCD); 2800 W (24 BHD LCD)**  
*Tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti | Protection against electric shock* **Classe I / class I**  
*Modalità di impiego | Operating conditions* **funzionamento continuo / continuous operation**  
*Grado di protezione contro l'umidità | Degree of protection against ingress of liquids* **comune / ordinary**  
*Grado di inquinamento | Pollution degree* **2**  
*Categoria di installazione (categoria di sovratensione) | Installation category (Overvoltage category)* **II**

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

AR.I009UE

*Marca | Trade mark* **COMINOX**  
*Modello | Model* **18 BHD LCD**

AR.I009UF

*Marca | Trade mark* **COMINOX**  
*Modello | Model* **24 BHD LCD**

AR.I00A5X

*Marca | Trade mark* **COMINOX**  
*Modello | Model* **18 B LCD**

AR.I00A67

Marca | Trade mark **COMINOX**  
Modello | Model **24 B LCD**

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco / See relevant annex**

Emesso il | Issued on

**2008-09-26**

Data di aggiornamento | Updated on

Sostituisce | Replaces

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.I0012A

EMI.100700.DA19

Diritti modelli IMQ - 1007 - Apparecchi da laboratorio | IMQ models - 1007 - Laboratory equipment

4

  
IMQ S.p.A.